

【対応完了】

こちらは、医療従事者の方を対象に製品等の情報を提供することを目的としたページです。
 一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんので、ご了承ください。

ロムーバー「ROM-100A」ご使用のお客様へ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご使用いただき、心より感謝申し上げます。

さて、弊社は、RoHS 指令^(※)をはじめとする化学物質の使用を制限する法令を遵守するため、2006年7月1日以降販売する製品に対して、日東工器グループの「グリーン調達ガイドライン」を適用し対応してまいりました。しかし、このたびロムーバー「ROM-100A」において、弊社グリーン調達基準の制限値を超えた量の特定有害物質が含まれていることが明らかになりました。

ここに謹んでご報告するとともに、深くお詫び申し上げます。

なお、お使いいただいている製品機能への影響はございません。特定有害物質が検出された製品の製造番号は下記のとおりです。ご不明な点がございましたら、下記の本件窓口までご連絡をお願いいたします。

敬具

記

型式	含有部位	特定有害物質	該当する製造番号
ROM100A-A7039-A1-0001	圧力計	鉛 カドミウム	51100051～51100060 , 60900001～60900009 70400001～71200008 , 70900011～70900015 71000016～71000020 , 71200021～71200025 80100001～80100005 , 80200006～80200010 80700011～80700020 , 81100021～81100025 90400001～90400010 , 01000001～01000010 10400001～10400010 , 11100011～11100020 20700001～20700010 , 40200001～40200008

■本件に関する窓口

日東工器株式会社 リニア事業部 リニア管理部 品質管理課

〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4

TEL 03-3755-9678 FAX 03-3755-5294

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始、夏期休業は除く)



(※)RoHS 指令:電気・電子機器における特定有害物質の使用を制限する欧州連合の規制