

**【対応完了】**

2016年12月22日

## バイモルポンプ駆動用電源 ご使用のお客様へ

拝啓 平素は、弊社製品をご使用いただき、心より感謝申し上げます。

さて、弊社は2006年7月1日以降、RoHS指令(\*)をはじめとする特定有害物質の使用を制限する法令に準拠し、下記製品を環境対応製品として販売してまいりました。しかし、このたびバイモルポンプ駆動用電源「FCA-100」「FCD-12」において、弊社グリーン調達基準の制限値を越えた量の特定有害物質が含まれていることが判明しました。

ここに謹んでご報告するとともに、深くお詫び申し上げます。特定有害物質が検出された製品の製造番号は下記のとおりです。

なお、お使いいただいている製品機能への影響はございません。ただし、下記の製品を直接または電気・電子機器へ組み込んで、欧州・中国等へ輸出される場合には各国の法規に従った対応が必要となります。ご不明な点がございましたら、下記の本件窓口までご連絡をお願い致します。

敬具

### 記

製品名	含有部位	特定有害物質	該当する製造番号
DRIVER-FCA-100	金属カバー	六価クロム	R0305～R0684
DRIVER-FCD-12	金属カバー	六価クロム	R049～R088



バイモルポンプ駆動電源「FCA-100」



バイモルポンプ駆動電源「FCD-12」

#### ■本件に関する窓口

日東工器株式会社 リニア事業部 リニア品質保証部 品質保証課  
〒146-8555 東京都大田区仲池上 2-9-4

TEL 03-3755-9678 FAX 03-3755-5294

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日および年末年始、夏期休業は除く)

(\*)RoHS 指令:電気・電子機器における特定有害物質の使用を制限する欧州の規制